TÍTULO

CÓMO ACTUAR EN LA LIMPIEZA DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO INFECTADO POR SARS-COV-2

INTRODUCCIÓN

Para la reutilización del instrumental quirúrgico infectado por el virus Sars-Cov-2 se procederá para su limpieza y desinfección de forma diferente al resto de instrumental contaminado por otros virus.

OBJETIVOS

. Conocer y actualizar conocimientos en limpieza y desinfección de instrumental contaminados por virus y que su método de transmisión sea de contacto , en concreto , por Sars-Cov-2.

.Saber identificar las medidas de seguridad y protocolos de actuación ante instrumental contaminado por Sars-Cov-2.

. Aumentar la seguridad del paciente minimizando los riesgos de las intervenciones asociados a la resistencia de dicho virus.

MATERIAL Y MÉTODO

Se ha desmostrado a través de varios estudios la persistencia del Sars-Cov-2 en diferentes superficies, por ello se ha realizado un protocolo de actuación para limpieza y desinfección de material reutilizable, del cual vamos a reflejar la actuación del personal de esterilización ante esta situación.

RESULTADOS / CONTENIDOS

. Personal de esterilización siempre protegido con EPI.

.Material reutilizable de Epi (pantallas y gafas de protección): Por inmersión , 30 minutos mínimo, en un cubo de agua e hipoclorito sódico en una dilución del 1:50 .

. Instrumental quirúrgico : Pulverizar con dicha solución directamente el instrumental y dejar actuar al menos 30 minutos.

Trascurrido este tiempo introducir el instrumental en lavadora, eligiendo el programa intensivo, que realizará limpieza y desinfección extrema.

CONCLUSIONES

Existen criterios unificados para la limpieza y desinfección del instrumental contaminado por el virus Sars-Cov-2, ya que es capaz de mantenerse activo en diferentes superficies (madera, metal, plástico), por lo que con ello se obtienen resultados extremos de esterilidad en dicho instrumental.

BIBLIOGRAFÍA

. Manual de limpieza y desinfección de superficies y espacios para Covid-19 del portal virtual de la CC.AA. de Madrid.

. Manual de la OMS sobre limpieza y desinfección de las superficies del entorno inmediato en el marco de la Covid-19 del 15/05/2020. WHO reference number: WHO/2019-nCoV/Disinfection/2020.1

. Manual de lavadora termodesinfectadora de Antonio Matachana S.A. Doc.DC_IC_DS750LCD_DS800LCD_OC_00ES021

. Manual de lavadora desinfectadora DS750/DS800 de INTERNATIONAL STEEL SPA